

國立臺灣大學生命科學院環安衛自主檢查表

檢查項目	檢查狀況	備註
1. 制訂適切之安全衛生工作守則，並周知工作人員	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
2. 人員詳知工作守則內容，並簽名確認	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
3. 人員接受3小時一般安全衛生教育訓練及必要之專題(危害通識、生物安全、輻射防護)教育訓練	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
4. 人員熟記本校緊急聯絡電話(校總區 3366-9110；醫學校區 2312-3456ext88119；公衛學院(含水森館)3366-8119)	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
5. 是否知道本校實施實驗場所特殊作業人員之健康檢查，並按規定接受檢查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
6. 應備有急救箱	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
7. 實驗場所內主要通道需達1公尺以上	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
8. 不得將部分或全部公共空間(走廊、樓梯通道等)堆置物品設備、棄置垃圾、排放各種汙染物、惡臭物質及其他類似之行為。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	

一、 一般安全衛生

二、 電氣安全

檢查項目	檢查狀況	備註
1. 無物件影響配電盤(箱)門之開啟	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
2. 插頭應完全插入插座中，無鬆脫現象	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
3. 於潮濕場所(如水槽周圍)之電路及電器設備，已裝置「漏電斷路器」保護之	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
4. 電纜互相間之連接在接線盒(或出線盒或接線箱)內；電線不裸露，並已固定	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	

5. 電線無負載過高之現象(如焦化、發熱等)	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
6. 延長線具「商品檢驗標識」，不可串接	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
7. 延長線不超負荷使用	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	機器後方說明書，皆有標示設備電流
8. 多孔插座之延長線有過負荷保護裝置	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	附開關或保險絲

檢查項目	檢查狀況	備註
1. 設置合適之護罩、緊急制動、動力遮斷連鎖裝置	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
2. 設有防止意外啟動安全防護裝置	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	

三、 機械設備 非此類場所

四、 化學品安全衛生 非此類場所

檢查項目	檢查狀況	備註
1. 化學品應有中文標示	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
2. 毒性化學物質運作場所各出入地點應依規定張貼中、英文標示字樣(Handleing Premises of Toxic Chemicals)	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
3. 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶，且需個別擺放，不可堆疊	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
4. 實驗場所廢棄物不應貯存於走道等公共空間、放置過高或未妥善管理，或未設有防止遭他人取用之措施	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
5. 排氣櫃應每年定期自動檢查，並將自動檢查表懸掛在排氣櫃旁	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
6. 揮發性藥品應貯存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	

五、 生物性安全衛生 非此類場所

檢查項目	檢查狀況	備註
1. Laminar flow 或生物安全操作平台無堆放雜物或備品	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
2. 玻璃酒精燈完好無裂痕；酒精容量高於瓶身 1/3，且未超過八分滿	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
3. 實驗操作區域及各種保存生物材料之設備不得存放食物及飲料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
4. 廢棄針筒、針頭等以不易穿透之可燃性容器貯存(如鐵桶、厚紙箱等)，並依生物醫療廢棄物處理	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	全新未使用之針頭，如欲廢棄，仍為生物醫療廢棄物
5. 感染性廢棄物之專用垃圾筒貼有「生物醫療廢棄物」標籤	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	

六、輻射性安全衛生 非此類場所

檢查項目	檢查狀況	備註
1. 張貼輻射警示標誌，並於平面圖上標示	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
2. 若有輻射偵檢儀需定期進行校檢(貼有校正日期及校正單位)，逾校正期限者(1年有效)，標示「停用」	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	

七、實驗室整潔度 非此類場所

檢查項目	檢查狀況	備註
1. 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
2. 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
3. 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	

4. 實驗場所內不得飲食或放置(儲存)食物	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
5. 無雜物阻擋通道	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	

八、其他事項